



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2018SP3620R01D

1. 作用时间 Action Time: 45min

2. 作用距离 Action distance: 0.5cm

3. 测试结果 Results:

试验菌株 Test germ	试验组别 Test group	试验组平均菌落数 (cfu/片) Average cfu of testing groups (cfu/piece)	对照组平均菌落数 (cfu/片) Average cfu of positive controls (cfu/piece)	杀灭率 Sterilization rate (%)	杀灭对数值 Sterilization logarithm (KL)
大肠杆菌 <i>(Escherichia coli)</i> (8099)	1	2.4×10^5	7.0×10^5	66.67	0.48
	2	2.8×10^5	7.5×10^5	61.11	0.41
	3	2.3×10^5	7.0×10^5	68.06	0.50
	平均值 Average		7.2×10^5	65.28	0.46
金黄色葡萄球菌 <i>(Staphylococcus aureus)</i> (ATCC 6538)	1	1.9×10^6	4.0×10^6	51.28	0.31
	2	1.7×10^6	3.8×10^6	56.41	0.36
	3	1.6×10^6	3.9×10^6	58.97	0.39
	平均值 Average		3.9×10^6	55.56	0.35
白色念珠菌 <i>(Candida albicans)</i> (ATCC 10231)	1	3.2×10^5	7.5×10^5	58.97	0.38
	2	2.5×10^5	8.0×10^5	67.95	0.49
	3	2.5×10^5	8.0×10^5	67.95	0.49
	平均值 Average		7.8×10^5	64.96	0.46

(以下空白, Blank Below)